


WYROBY CERAMICZNE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-89 7026-06
	Porcelanowy sprzęt laboratoryjny Płytki do analizy kroplowej	Zamiast BN-68/7026-06
		Grupa katalogowa 0813

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są płytki porcelanowe stosowane do analizy kroplowej z roztworów obojętnych, kwaśnych i alkalicznych.

2. Przykład oznaczenia płytki o wgłębieniu $e = 10$ mm:
PŁYTKA DO ANALIZY KROPLOWEJ 10 BN-89/7026-06

3. Kształt i wymiary w mm — wg rysunku i tablicy.



BN-89/7026-06

c	s	d	A	B
4 ±1	15 ±1	20 ±1	90 ±4	110 ±5
10 ±1	20 ±1			

4. Miejsce nieszkliwione oznaczono na rysunku linią punktową (— . — . —.).

5. Wady niedopuszczalne. W zagłębieniach płytki nie dopuszcza się występowania następujących wad:

- kraterków,
- wytopów,
- zaproszeń,
- łysin,
- szlifów,
- pęknięć powierzchniowych nieszkodliwych i włoskowatych.

6. Odporność na kwasy i alkalia — wg PN-78/B-12330.

7. Pakowanie, przechowywanie i transport — wg PN-78/B-12330.

8. Badania — wg PN-78/B-12330.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/7026-06 — doprowadzono do zgodności z PN-78/B-12330.

3. Normy związane

PN-78/B-12330 Porcelanowy sprzęt laboratoryjny. Wymagania i badania

4. Symbol wg SWW — 1614-119.

Zgłoszona przez Instytut Szkła i Ceramiki
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Szkła i Ceramiki dnia 16 stycznia 1989 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1989, poz. 6)